

北京众驰伟业科技发展有限公司医疗检测仪器设备扩产（一期）项目

竣工环境保护验收竣工环境保护验收意见

2022年11月14日，建设单位根据《北京众驰伟业科技发展有限公司医疗检测仪器设备扩产（一期）项目验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收。验收组了解了本项目主体工程及配套环保设施的建设与运行情况，听取验收监测报告的汇报，经认真研究讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1.建设地点、规模、主要建设内容

北京众驰伟业科技发展有限公司在北京顺义区赵全营镇百盈路8号院建设“北京众驰伟业科技发展有限公司医疗检测仪器设备扩产（一期）项目”（以下称“本项目”），利用现有厂房，建筑面积14802.03m²，进行体外诊断试剂和体外诊断仪器的研发及生产，年产体外诊断试剂105万盒，研发约75升；年产体外诊断仪器5000台，研发30台。本项目一班制，员工为300人，年工作250天。

2.建设过程及环保审批情况

2021年8月1日，北京众驰伟业科技发展有限公司委托中环联新（北京）环境保护有限公司编制完成了《北京众驰伟业科技发展有限公司医疗检测仪器设备扩产（一期）项目环境影响报告表》。2021年8月26日取得了北京市顺义区生态环境局《关于北京众驰伟业科技发展有限公司医疗检测仪器设备扩产（一期）项目环境影响报告表的批复》（顺环保审字[2021]0038号）。本项目于2021年12月竣工。按照固定污染源排污许可分类管理名录本项目不需要申请排污许可证。

3.投资情况

本项目总投资为23538.62万元，环保投资30万元，占项目总投资的0.13%。

4.验收范围

本次验收针对医疗检测仪器设备扩产（一期）项目。

二、工程变动情况

本项目性质、规模、地点、生产工艺及环保措施与环评报告表及批复要求基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1.废气

项目运营期产生的废气主要为II段2层仪器生产区域乙醇消毒产生的挥发性有机废气，采用集气罩收集；电路板补焊、维修产生的焊接废气，采用集气罩收集；II段1层试剂生产区域盐酸稀释过程产生的HCl废气，在密闭房间整体收集；喷码使用水性油墨，挥发性有机气体产生痕量，采用集气罩收集。全部收集至1套活性炭吸附装置处理后通过1根26m高排气筒排放。

2.废水

本项目产生的废水主要包括生产、研发废水和生活污水，经化粪池后进入市政污水管网，最终进入赵全营镇再生水厂。

3.噪声

噪声主要来自设备和废气处理风机。风机安装消声降噪装置，加强固定，其他设备均在室内，噪声采取墙壁隔声和距离衰减的措施，以减少对周围声环境的影响。

4. 固体废物

本项目运营期固废主要包括职工日常办公产生的生活垃圾、生产过程中产生的一般固体废物和危险废物。生活垃圾分类收集后交环卫部门清运处理；一般固废，分类收集后外售；质检废液、检测废液、不合格试剂产品、一次性手套、报废的医疗耗材属于危险废物，用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位上门清运处置。

四、环境保护设施调试效果

在本项目验收监测期间，生产设备及污染防治设施运行正常。

1. 废气

监测结果表明，有组织废气污染物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）要求。

2. 废水

监测结果表明，本项目排水口污染物排放浓度均满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中相关排放限值的要求。

3. 厂界噪声

本项目无夜班作业。监测结果表明，本项目厂界昼间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类和4类标准限值要求。

4. 固体废物

本项目固体废物能得到合理处置，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）的要求。

5. 污染物排放总量

本项目污染物排放总量满足环评及批复的要求

6. 固定污染源排污口规范化

依据《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）的要求，废气排放口设有监测采样孔，废气、废水排污标志牌和监测点位标志牌。危废暂存间设有标识牌。

五、工程建设对环境的影响

本项目已按环评报告表及环评批复要求进行了环保设施建设，环保设施正常运行，废气、废水和噪声的排放均达到相应“标准”的要求，固体废物能得到妥善处置。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告表和调查了解，本项目环保手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告表及其批复所规定的各项污染防治措施，符合竣工环保验收规定，本项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

进一步加强环保设施管理，确保环保设施稳定运行，污染物达标排放。

八、验收人员信息（名单附后）

北京众驰伟业科技发展有限公司

2022年11月14日



医疗检测仪器设备扩产（一期）项目竣工环境保护验收人员签字表

验收组成员	姓名	职称/职务	工作单位	联系电话	签字
专家	周小凡	高工	原北京市环保局		周小凡
	李文彦	高工	中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司		李文彦
	尹洧	高工	北京市化工研究院		尹洧
建设单位	王青云	副总经理	北京众驰伟业科技发展有限公司		王青云
	李晨光	行政部经理			李晨光
报告编制单位	王兵	高工	中环联新（北京）环境保护有限公司		王兵

2022年11月14日